



Pliego de Especificaciones Técnicas

61/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Para 9 microscopios marca Arcano modelo Xsz 100, realizar el control de mecanismo de enfoque, limpieza, control de componentes ópticos, control de sistema de iluminación, cables, zócalo de lámpara, centrado de iluminación, calibración, ensamble, ajuste mecánico y prueba de correcto funcionamiento. Los números de inventario patrimonial son los siguientes: 1- 00008847 2- 00008848. 3- 00008849 4- 00008850 5- 00008851 6- 00010994 7- 00010995 8- 00010996 9- 00010997 Cambio de Luz led y Reparación falla sistema de iluminación en microscopio. Los números de inventario patrimonial son los siguientes: 1- 00008849 2- 00010994 3- 00008847 No se requiere folleteria Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
2	Microscopio marca Arcano modelo Xsz 100. Reparación / fabricación de sistema X,Y platina Para el siguiente número de inventario patrimonial: 1- 00008849	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	No se requiere folleteria Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
3	Microscopio marca Arcano modelo Xsz 100. Incluye repuestos y mano de obra para el correcto funcionamiento. Debera realizar control de mecanismo de enfoque, limpieza, control de componentes ópticos, control de sistema de iluminación, cables, zócalo de lámpara, centrado de iluminación, calibración, ensamble, ajuste mecánico, prueba de correcto funcionamiento y proveer de todos los repuestos que sean necesarios. Para los siguientes números de inventario patrimonial: 1- 00008848 2- 00008851 No se requiere folleteria Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	