



Moreno, 12 de agosto de 2019

**CIRCULAR N° 2**

**TIPO DE CIRCULAR**          **Aclaratoria**

<b>N° de Expediente:</b> S01:0000092/2019
<b>Ejercicio:</b> 2019
<b>Rubro:</b> Adquisición e instalación de campanas de extracción de gases, vapores y humos para el primer y segundo piso del Nuevo Edificio de Laboratorios de la Universidad Nacional de Moreno
<b>Objeto:</b> Equipos

**DATOS DEL PROCEDIMIENTO:**

<b>Tipo de procedimiento de selección:</b> Licitación Privada N° 4/2019
<b>Clase / causal del procedimiento:</b> Sin Clase
<b>Modalidad:</b> Sin modalidad

**DATOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE:**

<b>Nombre de la Jurisdicción o entidad contratante:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
<b>Dirección postal de la entidad contratante:</b> Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Provincia de Buenos Aires

*Se emite la presente circular a efectos de dar respuesta a una consulta efectuada por un potencial oferente:*

**Consulta N° 1**

*Podrían enviar un plano y/o descripción gráfica del lugar donde irían instaladas las campanas.*

**Respuesta N° 1**

*Se aclara que a tal fin deberá realizar la visita establecida en el Artículo 13 del Pliego de Condiciones Particulares.*

**Consulta N° 2**

*Distancia entre el motor extractor y cada campana, esto es necesario para sacar el caudal recomendado para las mismas.*

**Respuesta N° 2**

*Los motores no son necesarios presupuestarlos, el cual se podrá calcular una vez resuelto el punto 1.*

C.P.N. Julio C. ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL  
COMPRAS Y CONTRATACIONES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO